

Łomża 24.09.2019 r.

Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)

W nawiązaniu do postępowania przetargowego prowadzonego pod nazwą „Dostawa wyposażenia meblowego” (Znak postępowania: EA-802.07/18/215/19) treść załącznika nr 1.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 2 dla pozycji 3 w kolumnie 4 – Dane Techniczne uzyskuje następujące brzmienie:

Tapczan jednoosobowy, konstrukcja metalowa malowana, wymiary zewnętrzne tapczanu około, długość 2080mm, szerokość 940mm, wysokość leża od posadzki 460 mm, wysokość od posadzki szczyt wysoki 650mm, wysokość od posadzki szczyt niski 465mm, wymiary leża 900x2000mm, po obu stronach leża ograniczniki materaca po 3 oraz 2 od strony nóg, segment pleców podnoszony o wymiarach dł x szer: 580 mm x 900 mm, segment pleców regulowany za pomocą Rastomatu 5-pozycyjnego, segment nóg nieruchomy o wymiarach dł x szer: 1400mm x 900 mm, leże wypełnione siatką z drutu stalowego 30x30 mm, szczyty tapczanu z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, cztery nogi tapczanu z profili stalowych o wymiarach wys x szer x gr: 450 mm x 40 mm x 40 mm zakończone zaślepkami, pod leżem szuflada na pościel z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, szuflada wysuwana na prowadnicach kulkowych z blokadą przed wypadnięciem, wysuwanie szuflady wspomagane kołem o średnicy 100 mm metalowo-gumowe w stałej obudowie na spodzie szuflady, wymiary szuflady około dł x szer x wys: 870 x 800 x 250 mm, wysokość szuflady od podłogi 50 mm +/- 10 mm, udźwig tapczanu 200 kg, udźwig szuflady do 30 kg, kolor do uzgodnienia z zamawiającym, deklaracja zgodności lub certyfikat posiadania znaku CE, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Powyższą zmianę należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty w zakresie Zadania 2 dla pozycji 3 - Łóżko wykonane na stelażu metalowym

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
mgr Renata Szymbańska